


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: ZFCJ19050036

第 1 页 共 6 页

项目名称	经口胆胰管镜系统		
项目编号	SZCG2018162596	合同编号	SZHT (2018) 024076
采购人	深圳市中医院		
履约供应商	深圳市德润利嘉有限公司		
抽检机构	深圳华通威国际检验有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人: 江万
审核: 李那
主检: 王静


签发日期: 2019年05月21日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: ZFCJ19050036

第 2 页 共 6 页

一、抽检总结

项目名称	经口胆胰管镜系统		
项目编号	SZCG2018162596	合同编号	SZHT (2018) 024076
采购人	深圳市中医院		
履约供应商	深圳市德润利嘉有限公司		
抽检机构	深圳华通威国际检验有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市中医院 (2 楼内窥镜室)	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019-05-14	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u>		
现场抽检结论	<p>本次现场抽检发现以下问题与采购文件要求不一致:</p> <p>现场核查交货时间“合同签订时间:2018-8-28, 送货时间:2018-11-29”, 与采购文件要求“合同签订后 90 天内交货。”不符。</p> <p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 94.7 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字:  2019 年 5 月 14 日</p>		

深圳华通威
检验有限公司

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: ZFCJ19050036

第 3 页 共 6 页

二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	交货时间: 合同签订后 90 天内交货。	合同签订时间: 2018-8-28 送货时间: 2018-11-29	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
2	b	技术文件: 包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册(含维修密码及接口数据)、质量保证文件、服务指南等, 所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	b	售后服务: 保修期 2 年, 终身维修。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
基本要求				
1	b	▲1.1: 用于: 胆管结石诊断与治疗; 胆管占位、狭窄、扩张、炎症等病变的诊断与治疗。能进行直视下活检、液电和激光碎石、热灼治疗等操作。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
医用视频显示器				
2	b	2.1: 医用级 LCD, 分辨率≥1280*1024, 输入: RGBs, S-视频(Y-C), 复合视频(BNC), DVI, VGA 模式。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	b	2.2: 屏幕 32 寸, 多种显示模式, 包括画中画、画外画, 能同时查看不同的实时图像。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
数字成像处理系统				
3	b	3.1: 影像处理系统为电子镜数字成像处理系统, 输出电压 100-240VAC, 50/60Hz, 额定电流 1A-0.5A。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

国
验
一

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: ZFCJ19050036

第 4 页 共 6 页

	b	3.2: 处理系统高宽长各 $\leq 10.4\text{cm}$, $\leq 32.5\text{cm}$, $\leq 39.1\text{cm}$, 重量 $\leq 7.26\text{Kg}$ 。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	b	3.3: 处理系统数字输出信号 ≥ 3 种, 至少包含 DVI, VGA, S-端子。可 PAL, NTSC 模式自由切换。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	b	▲3.4: 自动白平衡功能及对焦功能: 在连接内窥镜时自动进行白平衡及对焦。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	b	3.5: 提供 LED 灯光源, 插入内窥镜连接器即启动亮度自动调节模式, 同时光亮度可调, 档位 ≥ 5 个。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
胆胰内窥镜成像导管				
4	b	▲4.1: 视频成像传感器方形设计, 双照明元件, 双注水通道, 工作通道 $\geq 1.2\text{mm}$, 内窥镜成像导管直径 $\leq 10.8\text{Fr}$ (3.6mm)。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	b	4.2: 胆胰内窥镜前端可四向调节, 手柄有相应控制旋钮, 带锁定功能。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	b	4.3: 胆胰内窥镜自带吸引功能。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	b	4.4: 视野角度 ≥ 120 度。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
活检钳				
5	b	5.1: 直径: 0.99mm, 钳口外径: 1.0mm, 钳口开度: $\geq 4.1\text{mm}$, 55° , 工作长度: $\geq 286\text{cm}$, 工作通道 $\leq 1.2\text{mm}$ 。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
影像信息管理系统				
6	b	6.1: 需采用先进的图像采集卡, 保证高清晰同步显示实时动态录像, 数字化采集清晰、逼真图像。导入导出功能可以将手术室工作站的录像、图片、报告等资料转存到 U 盘或移动硬盘, 实现了在手术室外打报告和编辑手术录像。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
蠕动式冲洗泵				
7	b	7.1: 流量可控, 电源: 100-240V~, 50/60Hz, 流速: 0-375ml/min可调	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检用

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: ZFCJ19050036

第 5 页 共 6 页

多功能台车			
8	b	8.1: 能放置整个直视系统, 配备监视器支臂, 内窥镜挂架, 理线槽, 带脚刹功能。	符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。			
评价分: 94.7			
评价等级: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			

1

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: ZFCJ19050036

第 6 页 共 6 页

三、抽检照片

