

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180105

第 1 页 共 30 页

项目名称	福田区社区健康服务管理中心双能量 X 射线骨密度仪采购		
项目编号	FTCG2020175903	合同编号	
采购人	深圳福田区社区健康服务管理中心		
履约供应商	深圳市艾克瑞电气有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	福田区财政局		



签发日期: 2021 年 11 月 30 日

签发人: 张世立

审核: 赵刚

主 检: 潘文峰 赵刚

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180105

第 2 页 共 30 页

一、抽检确认单

项目名称	福田区社区健康服务管理中心双能量 X 射线骨密度仪采购		
项目编号	FTCG2020175903	合同编号	
采购人	深圳福田区社区健康服务管理中心		
履约供应商	深圳市艾克瑞电气有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	福田区财政局		
现场抽检地点	福田区赤尾社区健康服务中心 2 楼中医诊室 2	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 11 月 29 日	环境条件	— —
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 福田区社区健康服务管理中心双能量 X 射线骨密度仪采购项目 (项目编号: FTCG2020175903) 招、投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 福田区社区健康服务管理中心双能量 X 射线骨密度仪采购项目 (项目编号: FTCG2020175903) 采购合同		
现场抽检结果汇总	<p>本次依据招、投标文件现场抽检《商务条款》5 条,《技术条款》17 条。 经现场抽检,发现 1 项不符合项,具体如下:</p> <p>1. 抽检明细《技术条款》第 15 项,招标规格要求“CPU: $\geq 3.5\text{GHz}$”,投标响应规格“CPU: 3.7GHz”,履约供应商现场提供货物“CPU: 3.6GHz”,与投标响应规格不符,负偏离,与要求不符。</p> <p>本项目履约抽检评价总分为 95.1 分,抽检结果评价等级为良:详细见后页。</p> <p>抽检机构代表签字: 潘文峰 2021 年 11 月 30 日</p>		
采购人代表签字	李秋浩 2021 年 11 月 29 日	履约供应商代表签字	吴铁南 2021 年 11 月 29 日
抽检机构代表签字	潘文峰 2021 年 11 月 29 日	委托单位代表签字	潘文峰 2021 年 11 月 29 日

