


政府采购项目合同履行抽检评价报告

项目名称	广州中医药大学深圳医院（福田）康复理疗设备		
项目编号	FTCG2020179910	合同编号	FTCG2020179910
采购人	广州中医药大学深圳医院（福田）		
履约供应商	深圳长源华健医疗科技有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护（深圳）有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		



签发：张凯伦 张凯伦
审核：柯杰文 柯杰文
批准：惠岩 惠岩
日期：2021 年 12 月 28 日

1. 抽检总结

项目名称	广州中医药大学深圳医院（福田）康复理疗设备		
项目编号	FTCG2020179910	合同编号	FTCG2020179910
采购人	广州中医药大学深圳医院（福田）		
履约供应商	深圳长源华健医疗科技有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护（深圳）有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	广州中医药大学深圳医院（福田）康复科门诊、推拿科、针灸科	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 12 月 22 日	环境条件	-
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 广州中医药大学深圳医院（福田）康复理疗设备采购招、投标文件（项目编号： <u>FTCG2020179910</u> ）以及采购合同		
现场抽检结论	<p>经对广州中医药大学深圳医院（福田）康复理疗设备现场抽检，发现以下问题：</p> <p>1. 抽检评价方案中第 1 项要求，交货期：合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订 30 日内。实际检查合同签订于 2020 年 11 月 13 日，验收报告日期为 2021 年 01 月 19 日，超过 30 日。</p> <p>2. 抽检评价方案中第 74 项要求，额定输入电压：AC 220V，50/60Hz。实际检查额定输入电压频率为 50Hz。</p> <p>3. 抽检评价方案中第 138 项要求，治疗压力 0-172mmHg，最大压力可调，支持梯度压力，支持跳腔压力设置，压力精准显示。实际检查治疗压力为 0，5-23kPa，无法覆盖 0-172mmHg。</p> <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 98.2 分，抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体结果详见抽检内容。</p>		
抽检机构代表签字	 张凯伦 荆杰文 2021 年 12 月 22 日		