

数字化 X 光线成像系统（DR）项目采购 合同履行情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于 2021 年 12 月 7 日对政府采购项目“数字化 X 光线成像系统（DR）项目（项目编号：FTCG2020177067）”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区第二人民医院
- 2、中标供应商：深圳市南北医药有限公司
- 3、中标金额：1,494,800.00 元
- 4、交货期：合同签订后 30 天内
- 5、现场抽检主要标的物：数字化 X 光线成像系统（DR）
- 6、第三方检测机构：莱茵监护技术（深圳）有限公司
- 7、现场抽检结果详见《数字化 X 光线成像系统（DR）项目采购合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2022 年 1 月 21 日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

项目名称	数字化X光线成像系统 (DR)		
项目编号	FTCG2020177067	合同编号	FTCG2020177067
采购人	深圳市福田区第二人民医院		
履约供应商	深圳市南北医药有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护 (深圳) 有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		

签发: 张凯伦 张凯伦

审核: 月晨 月晨

批准: 惠岩 惠岩


日期: 2021年12月10日



1. 抽检总结

项目名称	数字化 X 光线成像系统 (DR)		
项目编号	FTCG2020177067	合同编号	FTCG2020177067
采购人	深圳市福田区第二人民医院		
履约供应商	深圳市南北医药有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护 (深圳) 有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	福田区第二人民医院老人保健服务中心	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 12 月 07 日	环境条件	-
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 福田区第二人民医院数字化 X 光线成像系统 (DR) 招、投标文件 (项目编号: FTCG2020177067) 以及采购合同		
现场抽检结论	<p>经对福田区第二人民医院数字化 X 光线成像 (DR) 现场抽检, 发现以下问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽检评价方案中第 1 项要求, 交货期: 合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点并且完成安装、调试, 验收合格交付使用的时间。具体是指: 合同签订 30 日内, 实际检查合同签订于 2020 年 09 月 28 日, 验收报告日期为 2021 年 09 月 06 日, 超过 30 日。 2. 抽检评价方案中第 19 项要求, 平板矩阵 3072 x 3072, 证明文件需要经过供应商审批后才可以提供, 实际检查现场未体现, 需在 5 个工作日内提供。 3. 抽检评价方案中第 20 项要求, 平板像素尺寸 140 微米, 证明文件需要经过供应商审批后才可以提供, 实际检查现场未体现, 需在 5 个工作日内提供。 4. 抽检评价方案中第 21 项要求, A/D 转换 16bits, 证明文件需要经过供应商审批后才可以提供, 实际检查现场未体现, 需在 5 个工作日内提供。 5. 抽检评价方案中第 33 项要求, 床板滤过率: $\geq 1.0\text{mmAl@75kV}$, 证明文件需要经过供应商审批后才可以提供, 实际检查现场未体现, 需在 5 个工作日内提供。 6. 抽检评价方案中第 37 项要求, 逆变频率 460kHz, 证明文件需要经过供应商审批后才可以提供, 实际检查现场未体现, 需在 5 个工作日内提供。 		

2021/12/07
技术部

	<p>7. 抽检评价方案中第 38 项要求, 输出功率 50kW, 证明文件需要经过供应商审批后才可以提供, 实际检查现场未体现, 需在 5 个工作日内提供。</p> <p>根据 2021 年 12 月 09 日补充提交的资料, 以上第 2、3、4、6、7 条满足要求。</p> <p>根据现场抽检评价结果, 本项目履约抽检评价总分为 97.8 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体结果详见抽检内容。</p>
<p>抽检机构 代表签字</p>	 <p>2021 年 12 月 10 日</p>