

# 福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购合同履行情况现场 抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2023年1月13日对政府采购项目“福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购(FTCG2021186997)”的合同履行情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区社区健康服务管理中心
- 2、中标供应商：深圳市宝华医疗器械有限公司
- 3、中标金额：1,369,300.00元
- 4、交货期：合同签订后90天内
- 5、现场抽检主要标的物：福田区社区健康服务管理中心全自动血液细胞分析仪设备
- 6、第三方检测机构：威凯检测技术有限公司
- 7、现场抽检结果详见《福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2023年2月28日


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0157-01

第 1 页 共 14 页


|       |                       |      |    |
|-------|-----------------------|------|----|
| 项目名称  | 福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购 |      |    |
| 项目编号  | FTCG2021186997        | 合同编号 | -- |
| 采购人   | 深圳市福田区社区健康服务管理中心      |      |    |
| 履约供应商 | 深圳市宝华医疗器械有限公司         |      |    |
| 抽检机构  | 深圳检测技术有限公司            |      |    |
| 委托单位  | 深圳检验检测认证局             |      |    |

签发: 陈永强




日期: 2023年01月14日

审核: 肖雄



日期: 2023年01月14日

主检: 罗彬 江永权





日期: 2023年1月13日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0157-01

第 2 页 共 14 页

## 一、抽检总结

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| 项目名称   | 福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购  |         |  |
| 项目编号   | FTCG2021186997   | 合同编号    | —  |
| 采购人    | 深圳市福田区社区健康服务管理中心   |         |  |
| 履约供应商  | 深圳市宝华医疗器械有限公司  |         |  |
| 抽检机构   | 威凯检测技术有限公司   |         |  |
| 委托单位   | 深圳市福田区财政局  |         |  |
| 现场抽检地点 | 深圳市福田区明月社区健康服务中心、福山社区健康服务中心、滨河社区健康服务中心、益田社区健康服务中心  | 实验室检测抽样 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 现场抽检日期 | 2023年1月13日   | 环境条件    | —  |
| 抽检依据   | <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u><br><input checked="" type="checkbox"/> 福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购招标文件<br><input checked="" type="checkbox"/> 福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购采购合同  |         |  |
| 现场抽检结果 | <p>本次现场抽检是对福田区社区健康服务管理中心中医理疗设备采购的履约情况进行检查, 分项条款共 89 项, 经抽检, 发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 抽检技术条款第 7 项要求超声波治疗仪“绝对最大有效声强: <math>\leq 3.0W/cm^2</math>”, 实际抽检现场发现绝对最大有效声强: <math>2.5W/cm^2</math>”, 与要求不符;</li><li>2. 抽检技术条款第 68 项要求微波治疗仪“具有电网电压、微波功率双重跟踪功能”, 实际抽检现场未能体现该功能, 与要求不符;</li></ol> <p>根据现场抽检评价, 本项目履约抽检评价总分为 97.7 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细</p> <p>抽检机构代表签字: </p> <p><br/>2023年1月13日</p> |         |  |