

# 全自动生化分析仪设备采购合同履行情况 现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于 2023 年 2 月 15 日对政府采购项目“全自动生化分析仪设备采购（FTCG2021183901）”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区风湿病专科医院
- 2、中标供应商：深圳市博思康实业有限公司
- 3、中标金额：998,200.00 元
- 4、交货期：合同签订后 60 日
- 5、现场抽检主要标的物：全自动生化分析仪设备
- 6、第三方检测机构：莱茵技术监护（深圳）有限公司
- 7、现场抽检结果详见《全自动生化分析仪设备采购合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2023 年 3 月 20 日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

|       |                |      |    |
|-------|----------------|------|----|
| 项目名称  | 全自动生化分析仪设备采购   |      |    |
| 项目编号  | FTCG2021183901 | 合同编号 | -- |
| 采购人   | 深圳市福田区风湿病专科医院  |      |    |
| 履约供应商 | 深圳市博思康实业有限公司   |      |    |
| 抽检机构  | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |      |    |
| 委托单位  | 深圳市福田区财政局      |      |    |

抽检: 刘新圆, 柯杰文

刘新圆 柯杰文

审核: 张凯伦


张凯伦

批准: 耿文

耿文

日期: 2023年02月15日

### 附件 1 政府采购项目合同履行抽检及评价结果

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| 项目名称   | 全自动生化分析仪设备采购   |         |  |
| 项目编号   | FTCG2021183901   | 合同编号    | --   |
| 采购人    | 深圳市福田区风湿病专科医院  |         |  |
| 履约供应商  | 深圳市博思康实业有限公司   |         |  |
| 抽检机构   | 莱茵技术监护（深圳）有限公司   |         |  |
| 委托单位   | 深圳市福田区财政局  |         |  |
| 现场抽检地点 | 深圳市福田区风湿病专科医院检验科   | 实验室检测抽样 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 现场抽检日期 | 2023年02月15日  | 环境条件    | --   |
| 抽检依据   | <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范</u><br><input checked="" type="checkbox"/> 全自动生化分析仪设备采购项目合同及招标文件(项目编号：FTCG2021183901)  |         |  |
| 现场抽检结论 | <p>1. 抽检方案第 10 项，要求样品用量范围：1.6-35 <math>\mu</math>l，支持步进量 0.1 <math>\mu</math>l；现场检查未能证明。</p> <p>2. 抽检方案第 13 项，要求反应时间在 0-16 分钟之内可任意设定；现场检查未能证明。</p> <p>3. 抽检方案第 18 项，要求同系列生化产品需获得国际 CE/FDA 认证并提供扫描件；现场检查未能证明。</p> <p>4. 抽检方案第 20 项，要求生产厂家提供连续 3 年 RELA 比对结果和溯源性证明文件（以国际溯源性证书为准），现场检查未能证明。</p> <p>5. 抽检方案第 27 项，要求 DVD-RW，容量 4.7GB。刻录光盘自带浏览软件；现场检查发现，电脑未配备光驱，与要求不符。</p> <p>6. 抽检方案第 28 项，要求重建速度 200 幅/秒（256×256 矩阵）；现场检查未能证明。</p> <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 82.8 分，抽检结果评价等级为 良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">第三评审方代表签字：<br/>2023 年 02 月 15 日</p> |         |  |