

中山大学附属第八医院（深圳福田）超高清电子鼻咽喉镜摄像系统（1机5镜）采购（第二次）合同履行情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2023年2月14日对政府采购项目“中山大学附属第八医院（深圳福田）超高清电子鼻咽喉镜摄像系统（1机5镜）采购（第二次）(FTCG2021181012)”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：中山大学附属第八医院（深圳福田）
- 2、中标供应商：深圳市百泰润贸易有限公司
- 3、中标金额：2,998,000.60元
- 4、交货期：合同签订后60日内
- 5、现场抽检主要标的物：中山大学附属第八医院（深圳福田）超高清电子鼻咽喉镜摄像系统（1机5镜）
- 6、第三方检测机构：深圳市计量质量检测研究院
- 7、现场抽检结果详见《中山大学附属第八医院（深圳福田）超高清电子鼻咽喉镜摄像系统（1机5镜）采购（第二次）合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2023年3月23日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

项目名称	中山大学附属第八医院(深圳福田)超高清电子鼻咽喉镜摄像系统(1机5镜)采购(第二次)		
项目编号	FTCG2021181012	合同编号	-
采购人	中山大学附属第八医院(深圳福田)		
履约供应商	深圳市百泰润贸易有限公司		
抽检机构	莱茵技术监控(深圳)有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		


抽检: 刘新圆, 月晨 刘新圆 月晨

审核: 张凯伦 张凯伦

批准: 耿文 耿文

日期: 2023年2月14日

附件 1 政府采购项目合同履约抽检及评价结果

项目名称	中山大学附属第八医院（深圳福田）超高清电子鼻咽喉镜摄像系统（1机5镜）采购（第二次）		
项目编号	FTCG2021181012	合同编号	-
采购人	中山大学附属第八医院（深圳福田）		
履约供应商	深圳市百泰润贸易有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护（深圳）有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	耳鼻喉内镜中心	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2023年2月14日	环境条件	-
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 中山大学附属第八医院（深圳福田）超高清电子鼻咽喉镜摄像系统（1机5镜）采购（第二次）项目招、投标文件（项目编号：FTCG2021181012）以及采购合同		
现场抽检结论	<p>经过对中山大学附属第八医院（深圳福田）现场抽检，发现以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽检方案第 29 项，要求插入部先端部外径 4.8mm，软性部外径 4.9mm；管道内径 2.0 mm，实际测量插入部先端部外径 5.6mm，软性部外径 5.0mm；说明书中管道内径 $\geq 1.95\text{mm}$，与要求不符。 2. 抽检方案第 37 项，要求插入部先端部外径 2.6mm，软性部外径 2.9mm，实际测量插入部先端部外径 3.02mm，软性部外径 3.07mm，与要求不符。 3. 抽检方案第 38 项，要求弯曲部：弯曲角向下 130 度，实际测量弯曲部：弯曲角向下 112 度，与要求不符。 4. 抽检方案第 47 项，要求设备需要与医院内信息系统对接，免费开放接口并协助接入 HIS/PACS/CIS 等信息系统，实际抽检现场未能证明。 5. 抽检方案第 51 项，要求医用显示器分辨率达到 1920*1200 或更优，实际分辨率为 1920*1080，与要求不符。 6. 抽检方案第 64 项，要求电动检查床：高度可调节，整体升降范围可达 460mm-940mm，实际测量整体升降范围为 471mm-955mm，与要求不符。 <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 90.6 分，抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">第三评审方代表签字  2023 年 2 月 14 日</p>		